



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE  
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Znak sprawy: DZPUCK.262.063.2020.PW

Warszawa, dnia 22.04.2020

STRONA INTERNETOWA  
ZAMAWIAJĄCEGO  
<https://dzp.spcsk.pl>  
WYKONAWCY

Dotyczy: Postępowanie nr DZPUCK.262.063.2020 – Dzierżawa aparatury i sprzętu endoskopowego dla Pracowni Endoskopowej Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby, Pracowni Endoskopowej Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, Ośrodka Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii na okres 5 miesięcy

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, w związku z wpływieniem zapytań do SIWZ dotyczących w/w postępowania Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 118:**

dotyczy zał. nr 2.2 po modyfikacji z 20.04.2020 r. - Formularz wymaganych warunków technicznych, - Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby / Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych / Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii, IV, Wózek endoskopowy, Lp. 7

Czy Zamawiający dopuści wózki z górną półką o szerokości 409mm, środkową o szerokości 473mm i dolną o szerokości 617mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie i informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych, - Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby / Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych / Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii, IV. Wózek endoskopowy, Lp. 7 poprzez zmianę zapisów w poz. 7 nadając im brzmienie:

7.	Szerokość użytkowa półek: górna: 400-450 mm, środkowe: 450-480 mm, dolna: 450-650 mm	TAK	
----	--	-----	--

**Pytanie 119:**

dotyczy zał. nr 2.2 po modyfikacji z 20.04.2020 r. - Formularz wymaganych warunków technicznych, - Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, XI Myjnia endoskopowa na 1 endoskop, Lp. 4

Czy zamawiający dopuści myjnię na 1 endoskop z pojedynczym koszem ? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Siedziba: ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa  
Adres do korespondencji:  
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02 – 091 Warszawa  
NIP: 522-00-02-529, REGON: 000288975  
KRS: 0000073036  
tel. 22 5991702, fax 22 5991704  
e-mail: zp@uckwum.pl  
www.uckwum.pl

Zakłady lecznicze UCK WUM:

- Centralny Szpital Kliniczny / Przychodnia Specjalistyczna Banacha, ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa
- Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie / Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02 – 091 Warszawa
- Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus / Przychodnia Specjalistyczna Lindleya, ul. W. H. Lindleya 4, 02 – 005 Warszawa

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie i informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych, - Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, XI Myjnia endoskopowa na 1 endoskop, Lp. 4 poprzez zmianę zapisów w poz. 4 nadając im brzmienie:

4.	Umieszczenie endoskopu w pojedynczym koszu wysuwany z myjni lub w oddzielnej komorze/komorach myjni, umożliwiających ułożenie sondy endoskopu w taki sposób, który uniemożliwiałby stykanie się lub krzyżowanie powierzchni sondy.	TAK	
----	--	-----	--

**Pytanie 120:**

dotyczy zał. nr 2.2 po modyfikacji z 20.04.2020 r.- Formularz wymaganych warunków technicznych, - Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, XI Myjnia endoskopowa na 1 endoskop, Lp. 19

Czy Zamawiający dopuści myjnię na 1 endoskop bez kondensatora oparów ale spełniającą wszystkie normy bezpieczeństwa?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie i informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 2.2 do SIWZ – Formularza wymaganych warunków technicznych, - Pracownia Endoskopowa Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, XI Myjnia endoskopowa na 1 endoskop, Lp. 19 poprzez wykreślenie poz. 19.

Zmieniony załącznik nr 2.2 – Formularz wymaganych warunków technicznych, Zamawiający zamieścił na stronie internetowej: <https://dzp.spcsk.pl>

**Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert, poprzez modyfikację zapisu SIWZ:**

- 1) Rozdziału XV ust. 15 SIWZ, nadając mu brzmienie:  
Kopertę należy oznaczyć następująco:

**„Oferta w postępowaniu pn.**

**Dzierżawa aparatury i sprzętu endoskopowego dla Pracowni Endoskopowej Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby, Pracowni Endoskopowej Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, Ośrodka Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii na okres 5 miesięcy, znak sprawy DZPUCK.262.063.2020**

**Nie otwierać przed dniem 28.04.2020 r. godz. 10:00”**

- 2) Rozdziału XV ust. 17 SIWZ, nadając mu brzmienie:  
„Oferta winna być złożona nie później niż **do dnia 28.04.2020 r. do godz. 09:30**. Oferty, które zostały nadesłane/dostarczone w terminie późniejszym zostaną uznane za nadesłane po terminie i nie będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego.”

3) Rozdziału XVI ust. 1 SIWZ, nadając mu brzmienie:  
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.04.2020 r., o godzinie 10:00.”